

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:  
Herzschrittmacher-Implantation (HSMDEF-HSM-IMPL)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund 2020	Ergebnis Land 2020	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für 2020
<b>Qualitätsindikator: 101803</b> Leitlinienkonforme Indikation	>= 90,00 %	94,19 %	94,00 %	93,28 %	↑
<b>Gruppe: Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen</b>					
<b>Qualitätsindikator: 54140</b> Leitlinienkonforme Systemwahl	>= 90,00 %	98,53 %	97,96 %	98,37 %	↑
<b>Transparenzkennzahl: 54141</b> Systeme 1. Wahl	-	96,65 %	96,28 %	96,69 %	↑
<b>Transparenzkennzahl: 54142</b> Systeme 2. Wahl	-	0,10 %	0,00 %	0,00 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 54143</b> Systeme 3. Wahl	<= 10,00 %	1,78 %	1,68 %	1,68 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 52139</b> Eingriffsdauer bei Implantationen und Aggregatwechseln	>= 60,00 %	88,94 %	92,38 %	91,83 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 101800</b> Dosis-Flächen-Produkt	<= 3,44	0,87	1,08	1,23	↑
<b>Qualitätsindikator: 52305</b> Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	>= 90,00 %	95,31 %	95,19 %	95,98 %	↑
<b>Gruppe: Peri- bzw. postoperative Komplikationen während des stationären Aufenthalts</b>					
<b>Qualitätsindikator: 101801</b> Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	<= 2,60 %	1,05 %	0,75 %	1,00 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 52311</b> Sondendislokation oder -dysfunktion	<= 3,00 %	1,59 %	1,37 %	1,29 %	↑
<b>Transparenzkennzahl: 101802</b> Zugang über die Vena subclavia beim Vorschieben der Sonden	-	55,05 %	87,00 %	89,06 %	**
<b>Qualitätsindikator: 51191</b> Sterblichkeit im Krankenhaus	<= 4,29	1,11	1,21	0,89	↑
<b>Qualitätsindikator (Follow-up): 2190</b> Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats unter 4 Jahren bei Ein- und Zweikammersystemen	Sentinel Event	0,03 %	3,00 Fälle	1,00 Fälle	**
<b>Qualitätsindikator (Follow-up): 2194</b> Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	<= 2,77	1,01	0,85	1,01	↑
<b>Qualitätsindikator (Follow-up): 2195</b> Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	<= 6,14	1,04	1,91	0,57	↑
<b>Qualitätsindikator: 102001</b> Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT- Implantation	nicht definiert	97,71 %	97,62 %	*	**
<b>Auffälligkeitskriterium: 813070</b> Häufig führendes Symptom „sonstiges“	<= 2,88 %	*	0,58 %	0,75 %	↑
<b>Auffälligkeitskriterium: 813071</b> Häufig führende Indikation „sonstiges“	<= 2,83 %	*	0,91 %	0,67 %	↑
<b>Auffälligkeitskriterium: 851901</b> Häufig keine Durchleuchtung durchgeführt	<= 2,00 %	*	0,25 %	0,29 %	↑

Legende
* Indikator in dieser Form nicht existent
** Keine Aussage über Tendenz möglich
 Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
 Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:  
 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel (HSMDEF-HSM-AGGW)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund 2020	Ergebnis Land 2020	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für 2020
<b>Qualitätsindikator: 52307</b> Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden	>= 95,00 %	98,31 %	98,55 %	99,07 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 111801</b> Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	<= 2,30 %	0,24 %	0,29 %	0,14 %	↑

Legende
* Indikator in dieser Form nicht existent
** Keine Aussage über Tendenz möglich
↑ Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓ Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:  
Herzschrillmacher-Revision/ -Systemwechsel/-Explantation (HSMDEF-HSM-REV)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund 2020	Ergebnis Land 2020	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für 2020
<b>Gruppe: Peri-bzw. postoperative Komplikationen während des stationären Aufenthalts</b>					
<b>Qualitätsindikator: 121800</b> Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	<= 3,10 %	1,06 %	1,28 %	1,15 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 52315</b> Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	<= 3,00 %	1,02 %	0,36 %	2,99 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 51404</b> Sterblichkeit im Krankenhaus	<= 5,20	1,03 %	0,78	0,93	↑
<b>Auffälligkeitskriterium: 850339</b> Häufige Angabe „kein Eingriff an der Sonde“ bei gleichzeitiger Dokumentation von Sondenproblemen	<= 11,01 %	*	3,43 %	2,45 %	↑

Legende
* Indikator in dieser Form nicht existent
** Keine Aussage über Tendenz möglich
↑ Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓ Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:  
Implantierbare Defibrillatoren-Implantation (HSMDEF-DEF-IMPL)

Qualitätsindikator	Bundes-Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund 2020	Ergebnis Land 2020	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für 2020
<b>Qualitätsindikator: 50055</b> Leitlinienkonforme Indikation	>= 90,00 %	91,75 %	89,72 %	91,08 %	
<b>Qualitätsindikator: 50005</b> Leitlinienkonforme Systemwahl	>= 90,00 %	96,82 %	97,16 %	97,27 %	
<b>Qualitätsindikator: 52131</b> Eingriffsdauer bei Implantationen und Aggregatwechseln	>= 60,00 %	91,04 %	92,71 %	95,74 %	
<b>Qualitätsindikator: 131801</b> Dosis-Flächen-Produkt	<= 2,72	0,93	1,08	0,89	
<b>Qualitätsindikator: 52316</b> Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	>= 90,00 %	96,17 %	96,86 %	96,57 %	
<b>Peri- bzw. postoperative Komplikationen während des stationären Aufenthalts</b>					
<b>Qualitätsindikator: 131802</b> Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	<= 2,50 %	0,94 %	0,60 %	0,62 %	
<b>Qualitätsindikator: 52325</b> Sondendislokation oder -dysfunktion	<= 3,00 %	0,83 %	0,47 %	0,13 %	
<b>Transparenzkennzahl: 131803</b> Zugang über die Vena subclavia beim Verschieben der Sonden	-	55,27 %	93,18 %	95,12 %	**
<b>Qualitätsindikator: 51186</b> Sterblichkeit im Krankenhaus	<= 6,96	1,05	1,34	0,44	
<b>Qualitätsindikator (Follow-up): 132001</b> Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	<= 2,63	0,97	0,78	0,93	
<b>Qualitätsindikator (Follow-up): 132002</b> Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	<= 3,80	0,90	1,02	0,90	
<b>Qualitätsindikator: 132003</b> Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT-Implantation	nicht definiert	96,65	94,83 %	*	**
<b>Auffälligkeitskriterium: 850313</b> Häufig indikationsbegründendes klinisches Ereignis „sonstige“	<= 3,37 %	*	0,60 %	0,37 %	
<b>Auffälligkeitskriterium: 581903</b> Häufig keine Durchleuchtung durchgeführt	<= 2,00 %	*	0,00 %	0,13 %	

Legende
* Indikator in dieser Form nicht existent
** Keine Aussage über Tendenz möglich
 Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
 Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:  
 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel (HSMDEF-DEF-AGGW)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund 2020	Ergebnis Land 2020	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für 2020
<b>Qualitätsindikator: 52321</b> Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden	>= 95,00 %	98,78 %	99,13 %	99,14 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 141800</b> Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	<= 3,80 %	0,23 %	0,63 %	0,00 %	↑

Legende
* Indikator in dieser Form nicht existent
** Keine Aussage über Tendenz möglich
↑ Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓ Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:  
Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (HSMDEF-DEF-REV)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund 2020	Ergebnis Land 2020	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für 2020
<b>Gruppe: Peri- bzw. postoperative Komplikationen während des stationären Aufenthalts</b>					
<b>Qualitätsindikator: 151800</b> Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	<= 2,90 %	1,41 %	0,43 %	1,28 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 52324</b> Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	<= 3,00 %	0,64 %	0,57 %	1,16 %	↑
<b>Qualitätsindikator: 51196</b> Sterblichkeit im Krankenhaus	<= 4,92	1,19 %	1,06 %	0,73 %	↑
<b>Auffälligkeitskriterium: 851904</b> Häufig sonstige aggregatbezogene Indikation, sonstiges Taschenproblem oder sonstiges Sondenproblem	<= 29,41 %	*	14,53 %	12,77 %	↑

Legende
* Indikator in dieser Form nicht existent
** Keine Aussage über Tendenz möglich
↑ Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓ Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches