

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Implantierbare Defibrillatoren-Implantation (HSMDEF-DEF-IMPL)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2022	Ergebnis Land AJ 2022	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2022
Qualitätsindikator: 50055 Leitlinienkonforme Indikation	nicht definiert	92,31 %	90,32 %	91,72 %	↑
Qualitätsindikator: 50005 Leitlinienkonforme Systemwahl	≥ 90,00 %	97,72 %	97,06 %	96,65 %	↑
Qualitätsindikator: 52131 Eingriffsdauer bei Implantationen und Aggregatwechseln	≥ 60,00 %	91,85 %	94,03 %	94,60 %	↑
Qualitätsindikator: 131801 Dosis-Flächen-Produkt	≤ 2,35	0,72	0,72	0,84	↑
Qualitätsindikator: 52316 Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	≥ 90,00 %	96,17 %	96,58 %	95,72 %	↑
Qualitätsindikator: 131802 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	≤ 2,50 %	0,87 %	0,46 %	0,15 %	↑
Qualitätsindikator: 52325 Sondendislokation oder -dysfunktion	≤ 3,00 %	0,89 %	0,33 %	1,39 %	↑
Qualitätsindikator: 51186 Sterblichkeit im Krankenhaus	≤ 6,48	1,17	0,96	0,18	↑
Qualitätsindikator: 132003 Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT- Implantation	nicht definiert	95,95 %	93,10 %	*	**
Qualitätsindikator (Follow-up): 132000 Defibrillator-Implantationen ohne Folgeeingriff aufgrund eines Hardwareproblems (Aggregat bzw. Sonde) innerhalb von 6 Jahren	nicht definiert	99,22 %	99,23 %	*	**
Qualitätsindikator (Follow-up): 132001 Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	≤ 2,65	1,00	1,24	-	↑
Qualitätsindikator (Follow-up): 132002 Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	≤ 5,03	1,00	1,23	-	↑
Qualitätsindikator: 132003 Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT-Implantation	nicht definiert	95,95 %	93,10 %	95,05 %	**
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 850313 Häufig indikationsbegründendes klinisches Ereignis „sonstige“	≤ 3,45 %	0,65 %	1,69 %	0,73 %	↑
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit					
Auffälligkeitskriterium: 851801 Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten	≥ 95,00 %	99,58 %	100,48 %	100,15 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850193 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,63 %	100,46 %	*	↑
Auffälligkeitskriterium: 850194 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,63 %	100,46 %	100,29 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850220 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Herzschriftmacher-Aggregatwechsel (HSMDEF-HSM-AGGW)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2022	Ergebnis Land AJ 2022	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2022
Qualitätsindikator: 52307 Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden	>= 95,00 %	98,43 %	98,36 %	98,42 %	↑
Qualitätsindikator: 111801 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	<= 2,30 %	0,18 %	0,00 %	0,16 %	↑
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit					
Qualitätsindikator: 813073 Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten	>= 95,00 %	101,29 %	102,01 %	100,49 %	↑
Qualitätsindikator: 850164 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	>= 95,00 %	101,97 %	102,14 %	*	↑
Qualitätsindikator: 850165 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	<= 110,00 %	101,97 %	102,14 %	100,97 %	↑
Qualitätsindikator: 850218 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	<= 5,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Herzschrillmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (HSMDEF-HSM-REV)

Qualitätsindikator	Bundes-Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2022	Ergebnis Land AJ 2022	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2022
Qualitätsindikator: 121800 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	≤ 3,10 %	1,06 %	0,28 %	0,55 %	↑
Qualitätsindikator: 52315 Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	≤ 3,00 %	0,78 %	0,00 %	1,18 %	↑
Qualitätsindikator: 51404 Sterblichkeit im Krankenhaus	≤ 7,25	1,20	1,87	2,03	↑
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 850339 Häufige Angabe „kein Eingriff an der Sonde“ bei gleichzeitiger Dokumentation von Sondenproblemen	≤ 10,54 %	2,71 %	3,56 %	4,35 %	↑
Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit					
Qualitätsindikator: 813074 Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten	≥ 95,00 %	100,34 %	100,00 %	101,16 %	↑
Qualitätsindikator: 850166 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,75 %	100,28 %	*	↑
Qualitätsindikator: 850167 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,75 %	100,28 %	101,40 %	↑
Qualitätsindikator: 850219 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,53 %	0,00 %	0,00 %	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Implantierbare Defibrillatoren-Implantation (HSMDEF-DEF-IMPL)

Qualitätsindikator	Bundes-Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2022	Ergebnis Land AJ 2022	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2022
Qualitätsindikator: 50055 Leitlinienkonforme Indikation	nicht definiert	92,31 %	90,32 %	91,72 %	↑
Qualitätsindikator: 50005 Leitlinienkonforme Systemwahl	≥ 90,00 %	97,72 %	97,06 %	96,65 %	↑
Qualitätsindikator: 52131 Eingriffsdauer bei Implantationen und Aggregatwechseln	≥ 60,00 %	91,85 %	94,03 %	94,60 %	↑
Qualitätsindikator: 131801 Dosis-Flächen-Produkt	≤ 2,35	0,72	0,72	0,84	↑
Qualitätsindikator: 52316 Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	≥ 90,00 %	96,17 %	96,58 %	95,72 %	↑
Qualitätsindikator: 131802 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	≤ 2,50 %	0,87 %	0,46 %	0,15 %	↑
Qualitätsindikator: 52325 Sondendislokation oder -dysfunktion	≤ 3,00 %	0,89 %	0,33 %	1,39 %	↑
Qualitätsindikator: 51186 Sterblichkeit im Krankenhaus	≤ 6,48	1,17	0,96	0,18	↑
Qualitätsindikator: 132003 Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT-Implantation	nicht definiert	95,95 %	93,10 %	*	**
Qualitätsindikator (Follow-up): 132000 Defibrillator-Implantationen ohne Folgeeingriff aufgrund eines Hardwareproblems (Aggregat bzw. Sonde) innerhalb von 6 Jahren	nicht definiert	99,22 %	99,23 %	*	**
Qualitätsindikator (Follow-up): 132001 Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	≤ 2,65	1,00	1,24	-	↑
Qualitätsindikator (Follow-up): 132002 Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	≤ 5,03	1,00	1,23	-	↑
Qualitätsindikator: 132003 Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT-Implantation	nicht definiert	95,95 %	93,10 %	95,05 %	**
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 850313 Häufig indikationsbegründendes klinisches Ereignis „sonstige“	≤ 3,45 %	0,65 %	1,69 %	0,73 %	↑
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit					
Auffälligkeitskriterium: 851801 Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten	≥ 95,00 %	99,58 %	100,48 %	100,15 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850193 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,63 %	100,46 %	*	↑
Auffälligkeitskriterium: 850194 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,63 %	100,46 %	100,29 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850220 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel (HSMDEF-DEF-AGGW)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2022	Ergebnis Land AJ 2022	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2022
Qualitätsindikator: 52321 Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden	≥ 95,00 %	98,81 %	98,73 %	99,42 %	↑
Qualitätsindikator: 141800 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	≤ 3,80 %	0,19 %	0,53 %	0,32 %	↑
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit					
Qualitätsindikator: 851802 Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten	≥ 95,00 %	100,08 %	100,00 %	101,00 %	↑
Qualitätsindikator: 850196 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,83 %	100,00 %	*	↑
Qualitätsindikator: 850195 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,83 %	100,00 %	100,96 %	↑
Qualitätsindikator: 850221 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (HSMDEF-DEF-REV)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund 2022	Ergebnis Land 2022	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für 2022
Qualitätsindikator: 151800 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	≤ 2,90 %	1,33 %	0,95 %	0,35 %	↑
Qualitätsindikator: 52324 Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	≤ 3,00 %	0,54 %	0,00 %	0,93 %	↑
Qualitätsindikator: 51196 Sterblichkeit im Krankenhaus	≤ 5,13	1,05 %	0,78 %	1,14 %	↑
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 851904 Häufig sonstige aggregatbezogene Indikation, sonstiges Taschenproblem oder sonstiges Sondenproblem	≤ 28,44 %	11,06 %	12,32 %	17,36 %	↑
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit					
Auffälligkeitskriterium: 851803 Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten	≥ 95,00 %	100,20 %	100,00 %	100,73 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850197 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,97 %	100,00 %	*	**
Auffälligkeitskriterium: 850198 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,97 %	100,00 %	100,70 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850222 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,26 %	0,47 %	0,00 %	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches