

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Herzschrittmacher-Implantation (HSMDEF-HSM-IMPL)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2025	Ergebnis Land AJ 2025	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2025
Qualitätsindikator: 101803 Leitlinienkonforme Indikation	nicht definiert	95,01 %	96,73 %	96,73 %	**
Qualitätsindikator: 54140 Leitlinienkonforme Systemwahl	nicht definiert	99,56 %	99,35 %	99,64 %	**
Qualitätsindikator: 54143 Wahl eines Einkammersystems bei Patientinnen und Patienten ohne permanentes Vorhofflimmern	≤ 10,00 %	3,43 %	3,35 %	4,53 %	↑
Qualitätsindikator: 52139 Eingriffsdauer bei Implantationen und Aggregatwechseln	nicht definiert	87,23 %	90,79 %	91,96 %	**
Qualitätsindikator: 101800 Dosis-Flächen-Produkt	≤ 3,30	0,99	1,15	1,01	↑
Qualitätsindikator: 52305 Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	≥ 90,00 %	96,13 %	96,30 %	96,70 %	↑
Qualitätsindikator: 101801 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	≤ 2,60 %	0,86 %	1,20 %	0,73 %	↑
Qualitätsindikator: 52311 Sondendislokation oder -dysfunktion	≤ 3,43	0,95	1,30	1,05	↑
Qualitätsindikator: 51191 Sterblichkeit im Krankenhaus	≤ 3,38	0,87	0,79	0,75	↑
Qualitätsindikator: 102001 Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT-Implantation	nicht definiert	96,97 %	95,08 %	97,44 %	**
Qualitätsindikator (Follow-up): 2190 Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats unter 4 Jahren bei Ein- und Zweikammersystemen	nicht definiert	0,06 %	***	***	**
Qualitätsindikator (Follow-up): 2194 Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	≤ 2,54	0,99	0,92	1,12	↑
Qualitätsindikator (Follow-up): 2195 Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	≤ 5,51	0,90	1,09	1,31	↑
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 813070 Führendes Symptom „sonstiges“	nicht definiert	0,93 %	0,78 %	0,51 %	**
Auffälligkeitskriterium: 813071 Führende Indikation „sonstiges“	≤ 3,70 %	0,84 %	0,78 %	0,55 %	↑
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit					
Auffälligkeitskriterium: 813072 Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten	≥ 95,00 %	100,32 %	102,45 %	102,37 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850097 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,64 %	102,56 %	102,70 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850098 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,64 %	102,56 %	102,70 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850217 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,17 %	0,07 %	***	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
***	Datenschutz – Fallzahl ≤ 3
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Herzschrittleiter-Aggregatwechsel (HSMDEF-HSM-AGGW)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2025	Ergebnis Land AJ 2025	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2025
Qualitätsindikator: 52307 Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden	nicht definiert	98,15 %	97,93 %	97,88 %	**
Qualitätsindikator: 111801 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	nicht definiert	0,15 %	0,00 %	0,00 %	**

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
***	Datenschutz – Fallzahl ≤ 3
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Herzschritmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (HSMDEF-HSM-REV)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2025	Ergebnis Land AJ 2025	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2025
Qualitätsindikator: 121800 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	nicht definiert	1,07 %	1,04 %	***	**
Qualitätsindikator: 52315 Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	nicht definiert	0,74 %	***	1,52 %	**
Qualitätsindikator: 51404 Sterblichkeit im Krankenhaus	≤ 4,00	1,07	1,00	1,58	↑
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 850339 Angabe „kein Eingriff an der Sonde“ bei gleichzeitiger Dokumentation von Sondenproblemen	≤ 9,64 %	2,79 %	4,26 %	4,85 %	↑
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit					
Qualitätsindikator: 813074 Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten	≥ 95,00 %	100,48 %	105,11 %	101,22 %	↑
Qualitätsindikator: 850166 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,75 %	105,21 %	102,37 %	↑
Qualitätsindikator: 850167 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,75 %	105,21 %	102,37 %	↑
Qualitätsindikator: 850219 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,60 %	0,27 %	0,00 %	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
***	Datenschutz – Fallzahl ≤ 3
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Implantierbare Defibrillatoren-Implantation (HSMDEF-DEF-IMPL)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2025	Ergebnis Land AJ 2025	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2025
Qualitätsindikator: 50055 Leitlinienkonforme Indikation	nicht definiert	89,65 %	87,67 %	88,72 %	**
Qualitätsindikator: 50005 Leitlinienkonforme Systemwahl	nicht definiert	93,94 %	92,87 %	88,94 %	**
Qualitätsindikator: 52131 Eingriffsdauer bei Implantationen und Aggregatwechseln	nicht definiert	91,03 %	93,66 %	94,47 %	**
Qualitätsindikator: 131801 Dosis-Flächen-Produkt	≤ 3,12	0,97	0,90	0,72	↑
Qualitätsindikator: 52316 Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	≥ 90,00 %	96,93 %	96,09 %	95,86 %	↑
Qualitätsindikator: 131802 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	nicht definiert	0,65 %	***	1,08 %	**
Qualitätsindikator: 52325 Sondendislokation oder -dysfunktion	≤ 4,85	0,85	0,53	1,01	↑
Qualitätsindikator: 51186 Sterblichkeit im Krankenhaus	nicht definiert	0,85	0,00	1,07	**
Qualitätsindikator: 132003 Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT- Implantation	nicht definiert	95,64 %	94,18 %	90,04 %	**
Qualitätsindikator (Follow-up): 132000 Defibrillator-Implantationen ohne Folgeeingriff aufgrund eines Hardwareproblems (Aggregat bzw. Sonde) innerhalb von 6 Jahren	nicht definiert	-	-	-	**
Qualitätsindikator (Follow-up): 132001 Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	≤ 2,72	0,97	1,32	1,13	↑
Qualitätsindikator (Follow-up): 132002 Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	≤ 6,62	1,20	0,25	1,46	↑
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 850313 Indikationsbegründendes klinisches Ereignis „sonstige“	nicht definiert	0,94 %	1,54 %	1,39 %	**
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit					
Auffälligkeitskriterium: 851801 Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten	≥ 95,00 %	100,31 %	100,82 %	102,86 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850193 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,46 %	101,56 %	102,86 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850194 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,46 %	101,56 %	102,86 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850220 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,16 %	0,00 %	0,00 %	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
***	Datenschutz – Fallzahl ≤ 3
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel (HSMDEF-DEF-AGGW)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2025	Ergebnis Land AJ 2025	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2025
Qualitätsindikator: 52321 Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden	nicht definiert	98,71 %	97,65 %	99,10 %	**
Qualitätsindikator: 141800 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	nicht definiert	0,22 %	***	0,00 %	**

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
***	Datenschutz – Fallzahl ≤ 3
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (HSMDEF-DEF-REV)

Qualitätsindikator	Bundes- Weiter Referenzwert	Ergebnis Bund 2025	Ergebnis Land 2025	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für 2025
Qualitätsindikator: 151800 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)	≤ 2,90 %	1,33 %	2,05 %	***	↑
Qualitätsindikator: 52324 Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	nicht definiert	0,68 %	***	0,00 %	**
Qualitätsindikator: 51196 Sterblichkeit im Krankenhaus	≤ 4,62	0,76	1,14	***	↑
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 851904 Sonstiges Taschenproblem oder sonstiges Sondenproblem	≤ 16,10 %	6,53 %	6,56 %	4,93 %	↑
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit					
Auffälligkeitskriterium: 851803 Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten	≥ 95,00 %	99,98 %	105,41 %	97,86 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850197 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,51 %	105,58 %	100,00 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850198 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,51 %	105,58 %	100,00 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850222 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,44 %	0,86 %	0,00 %	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
***	Datenschutz – Fallzahl ≤ 3
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches